

試験報告書

依頼者 株式会社 アサヒ企画 殿

品 名 マスク 1点

試験項目 ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE) 他

2021年4月20日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年4月30日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 バイオラボ
Tel(048)-258-3277 Fax (048)-233-9012



記

試験結果

1. VFE

No.	試 料	ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	不織布マスク A-MASK99	99.9	99.8	99.9	99.8

2. PFE

・粒子径: 0.1 μ m

No.	試 料	微粒子捕集効率(%)				
		No.1	No.2	No.3	No.4	平均
①	不織布マスク A-MASK99	99.1	99.7	99.7	99.8	99.6

3. 花粉粒子の捕集(ろ過)効率

No.	試 料	花粉粒子の捕集(ろ過)効率(%)		
		No.1	No.2	平均
①	不織布マスク A-MASK99	>99.9	99.7	99.8