

試験報告書

依頼者 株式会社 アサヒ企画 殿

品 名 マスク 1点

試験項目 バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)

2021年4月20日付で当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年4月30日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 バイオラボ
Tel(048)-258-3277 Fax (048)-233-9012



記

試験結果

No.	試 料	バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	不織布マスク A-MASK99	99.8	99.6	99.7	99.7

試験方法

バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)試験:ASTM F2101

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

試 料

①

KAKEN KAKEN K

以 上